



Posey® Pulse Oximeter Probe Wraps 6554



DESCRIPTION OF PRODUCT: The universal designs fit a neonatal foot, infant toe, pediatric or adult finger. Posey wraps may also be trimmed for a personalized fit.

INTENDED USE: Pulse Oximeter Probe Wraps are intended to secure flexible optical transducers or probe sensors to the patient without use of adhesive tape.




CONTRAINDICATIONS: None.

POSEY PULSE OXIMETER PROBE WRAPS:

REF 6554 Width 1 1/4" (3 cm), length 5 1/4" (14 cm) and thickness 5/8" (0.5 cm)

⚠ WARNING

- Inspect before each use: check for broken stitches or parts; or torn, cut, or frayed material.
- DO NOT use if soiled or damaged.
- Make sure your patient has stable peripheral vascular function before you place a pulse oximeter sensor.
- Secure the sensor loosely with the Posey Pulse Oximeter Probe Wrap and never wrap it tightly.
- Check the site immediately after applying the sensor to ensure that circulation is adequate.
- Include circulation checks with all patient assessments.
- Follow your hospital's policies and procedures when assessing the skin.
- Closely monitor infants or elderly adult patients with fragile skin.
- Make sure closure tab does not contact patient's skin.
- Dispose of the product per facility's policy if worn or damaged.



EN Report any serious incident related to device use to TIDI Products and the Member State Competent Authority. Translations of this document in French, Spanish, Dutch, German, Italian, and Portuguese are located at www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Phone: 1.800.447.6739 • International: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



UK CA UK Responsible Person
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
United Kingdom



© Posey Products, LLC. All rights reserved.



Posey® Pulse Oximeter Probe Wraps 6554



DESCRIPTION OF PRODUCT: The universal designs fit a neonatal foot, infant toe, pediatric or adult finger. Posey wraps may also be trimmed for a personalized fit.

INTENDED USE: Pulse Oximeter Probe Wraps are intended to secure flexible optical transducers or probe sensors to the patient without use of adhesive tape.




CONTRAINDICATIONS: None.

POSEY PULSE OXIMETER PROBE WRAPS:

REF 6554 Width 1 1/4" (3 cm), length 5 1/4" (14 cm) and thickness 5/8" (0.5 cm)

⚠ WARNING

- Inspect before each use: check for broken stitches or parts; or torn, cut, or frayed material.
- DO NOT use if soiled or damaged.
- Make sure your patient has stable peripheral vascular function before you place a pulse oximeter sensor.
- Secure the sensor loosely with the Posey Pulse Oximeter Probe Wrap and never wrap it tightly.
- Check the site immediately after applying the sensor to ensure that circulation is adequate.
- Include circulation checks with all patient assessments.
- Follow your hospital's policies and procedures when assessing the skin.
- Closely monitor infants or elderly adult patients with fragile skin.
- Make sure closure tab does not contact patient's skin.
- Dispose of the product per facility's policy if worn or damaged.



EN Report any serious incident related to device use to TIDI Products and the Member State Competent Authority. Translations of this document in French, Spanish, Dutch, German, Italian, and Portuguese are located at www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Phone: 1.800.447.6739 • International: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



UK CA UK Responsible Person
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
United Kingdom



© Posey Products, LLC. All rights reserved.



PRODUKTBESCHREIBUNG: Die Universal Ausführungen sind für den Fuß von Neugeborenen, den Zeh von Säuglingen und die Finger von Kindern und Erwachsenen geeignet. Die Posey Wickel können auch individuell auf die entsprechenden Größen zugeschnitten werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG: Die Wickel für Pulsoximetersensoren sind für die Befestigung von flexiblen optischen Sensoren oder Messfühlern am Patienten ohne den Einsatz von Klebestreifen vorgesehen.

Die Universal Ausführungen sind für den Fuß von Neugeborenen, den Zeh von Säuglingen und die Finger von Kindern und Erwachsenen geeignet. Die Posey Wickel können auch individuell auf die entsprechenden Größen zugeschnitten werden.

KONTRAINDIKATIONEN: Keine.

POSEY WICKEL FÜR PULSOXIMETERSSENSOREN:

REF 6554 Breite 3 cm (1 1/4"), Länge 14 cm (5 1/4") und Dicke 0,5 cm (3/16")

⚠️ WARNUNG

- Vor jedem Gebrauch untersuchen auf: lose Maschen oder Teile, oder gerissenes, abgeschnittenes oder verschlissenes Material; verschmutzte oder beschädigte Produkte NICHT verwenden.
- Vor dem Anlegen eines Pulsoximetersensors muss eine stabile Periphergefäßfunktion sichergestellt werden.
- Den Sensor locker mit dem Posey Wickel des Pulsoximeters befestigen und nicht eng wickeln.
- Die Stelle nach Anlegen des Sensors unverzüglich auf ausreichende Blutzirkulation überprüfen.
- Bei allen Untersuchungen des Patienten immer auch die Überprüfung der Blutzirkulation einschließen.
- Befolgen Sie bei der Untersuchung der Haut die Vorschriften und Verfahren Ihres Krankenhauses.
- Überwachen Sie Säuglinge und ältere erwachsene Patienten mit empfindlicher Haut engmaschig.
- Achten Sie darauf, dass die Verschlusslasche die Haut des Patienten nicht berührt.
- Das Produkt ist nach Gebrauch oder bei Beschädigung entsprechend den in Ihrer Einrichtung geltenden Vorschriften zu entsorgen.

VERSCHLUSS-LASCHEN




6554

POSEY WICKEL FÜR SENSOREN




ANWENDUNG AM FUSS



ANWENDUNG AM ZEH



ANWENDUNG AM FINGER



DE

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung der Vorrichtung an TIDI Products sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedsstaates. Übersetzungen dieses Dokuments in die Sprachen Französisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch finden Sie auf www.tidiproducts.com/IFU.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefon: +1.800.447.6739 • International: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Deutschland



UK Verantwortliche Person
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Vereinigtes Königreich



M1614M REV A 2021-05-26

© Posey Products, LLC. Alle Rechte vorbehalten.



PRODUKTBESCHREIBUNG: Die Universal Ausführungen sind für den Fuß von Neugeborenen, den Zeh von Säuglingen und die Finger von Kindern und Erwachsenen geeignet. Die Posey Wickel können auch individuell auf die entsprechenden Größen zugeschnitten werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG: Die Wickel für Pulsoximetersensoren sind für die Befestigung von flexiblen optischen Sensoren oder Messfühlern am Patienten ohne den Einsatz von Klebestreifen vorgesehen.

Die Universal Ausführungen sind für den Fuß von Neugeborenen, den Zeh von Säuglingen und die Finger von Kindern und Erwachsenen geeignet. Die Posey Wickel können auch individuell auf die entsprechenden Größen zugeschnitten werden.

KONTRAINDIKATIONEN: Keine.

POSEY WICKEL FÜR PULSOXIMETERSSENSOREN:

REF 6554 Breite 3 cm (1 1/4"), Länge 14 cm (5 1/4") und Dicke 0,5 cm (3/16")

⚠️ WARNUNG

- Vor jedem Gebrauch untersuchen auf: lose Maschen oder Teile, oder gerissenes, abgeschnittenes oder verschlissenes Material; verschmutzte oder beschädigte Produkte NICHT verwenden.
- Vor dem Anlegen eines Pulsoximetersensors muss eine stabile Periphergefäßfunktion sichergestellt werden.
- Den Sensor locker mit dem Posey Wickel des Pulsoximeters befestigen und nicht eng wickeln.
- Die Stelle nach Anlegen des Sensors unverzüglich auf ausreichende Blutzirkulation überprüfen.
- Bei allen Untersuchungen des Patienten immer auch die Überprüfung der Blutzirkulation einschließen.
- Befolgen Sie bei der Untersuchung der Haut die Vorschriften und Verfahren Ihres Krankenhauses.
- Überwachen Sie Säuglinge und ältere erwachsene Patienten mit empfindlicher Haut engmaschig.
- Achten Sie darauf, dass die Verschlusslasche die Haut des Patienten nicht berührt.
- Das Produkt ist nach Gebrauch oder bei Beschädigung entsprechend den in Ihrer Einrichtung geltenden Vorschriften zu entsorgen.

VERSCHLUSS-LASCHEN



6554

POSEY WICKEL FÜR SENSOREN




ANWENDUNG AM FUSS



ANWENDUNG AM ZEH



ANWENDUNG AM FINGER



DE

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung der Vorrichtung an TIDI Products sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedsstaates. Übersetzungen dieses Dokuments in die Sprachen Französisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch finden Sie auf www.tidiproducts.com/IFU.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefon: +1.800.447.6739 • International: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Deutschland



UK Verantwortliche Person
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Vereinigtes Königreich



M1614M REV A 2021-05-26

© Posey Products, LLC. Alle Rechte vorbehalten.



Envolturas de sonda de oxímetro de pulso Posey® 6554



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Los diseños universales se ajustan a un pie de neonato, un dedo del pie de un lactante y un dedo de un niño o un adulto. Las envolturas Posey también se pueden recortar para un ajuste personalizado.

USO PREVISTO: Las envolturas para sondas de oxímetro de pulso están diseñadas para fijar transductores ópticos flexibles o sensores de sonda al paciente sin usar cinta adhesiva.

Los diseños universales se ajustan a un pie de neonato, un dedo del pie de un lactante y un dedo de un niño o un adulto. Las envolturas Posey también se pueden recortar para un ajuste personalizado.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna

ENVOLTURAS DE SONDA DE OXÍMETRO DE PULSO POSEY:

REF 6554 anchura 3 cm (1 1/4"), longitud 14 cm (5 1/4") y grosor 0,5 cm (3/16")


⚠ ADVERTENCIA

- Inspeccione antes de cada uso: verifique que no haya puntos o partes rotas; o material rasgado, cortado o deshilachado; NO lo use si está estropeado o dañado.
- Asegúrese de que su paciente tenga una función vascular periférica estable antes de colocar un sensor de oxímetro de pulso.
- Fije el sensor sin apretar con la envoltura de la sonda del oxímetro de pulso Posey y no lo envuelva nunca de forma demasiado apretada.
- Inmediatamente después de aplicar el sensor, revise la zona para asegurarse de que la circulación sea adecuada.
- Incluya controles de circulación con todas las evaluaciones de los pacientes.
- Siga las políticas y procedimientos de su hospital cuando evalúe la piel.
- Vigile de cerca a los pacientes lactantes o adultos mayores con piel frágil.
- Asegúrese de que la pestaña de cierre no entre en contacto con la piel del paciente.
- Si el producto está desgastado o dañado, deséchelo de acuerdo con la política del centro.



ES Notifique cualquier acontecimiento grave relacionado con el uso del producto a TIDI Products y a la autoridad competente del Estado miembro que corresponda. Las traducciones de este documento en francés, español, holandés, alemán, italiano y portugués se encuentran en www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EE. UU.
Teléfono: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



© Posey Products, LLC. Reservados todos los derechos.



M1614M REV A 2021-05-26



Envolturas de sonda de oxímetro de pulso Posey® 6554



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Los diseños universales se ajustan a un pie de neonato, un dedo del pie de un lactante y un dedo de un niño o un adulto. Las envolturas Posey también se pueden recortar para un ajuste personalizado.

USO PREVISTO: Las envolturas para sondas de oxímetro de pulso están diseñadas para fijar transductores ópticos flexibles o sensores de sonda al paciente sin usar cinta adhesiva.

Los diseños universales se ajustan a un pie de neonato, un dedo del pie de un lactante y un dedo de un niño o un adulto. Las envolturas Posey también se pueden recortar para un ajuste personalizado.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna

ENVOLTURAS DE SONDA DE OXÍMETRO DE PULSO POSEY:

REF 6554 anchura 3 cm (1 1/4"), longitud 14 cm (5 1/4") y grosor 0,5 cm (3/16")


⚠ ADVERTENCIA

- Inspeccione antes de cada uso: verifique que no haya puntos o partes rotas; o material rasgado, cortado o deshilachado; NO lo use si está estropeado o dañado.
- Asegúrese de que su paciente tenga una función vascular periférica estable antes de colocar un sensor de oxímetro de pulso.
- Fije el sensor sin apretar con la envoltura de la sonda del oxímetro de pulso Posey y no lo envuelva nunca de forma demasiado apretada.
- Inmediatamente después de aplicar el sensor, revise la zona para asegurarse de que la circulación sea adecuada.
- Incluya controles de circulación con todas las evaluaciones de los pacientes.
- Siga las políticas y procedimientos de su hospital cuando evalúe la piel.
- Vigile de cerca a los pacientes lactantes o adultos mayores con piel frágil.
- Asegúrese de que la pestaña de cierre no entre en contacto con la piel del paciente.
- Si el producto está desgastado o dañado, deséchelo de acuerdo con la política del centro.



ES Notifique cualquier acontecimiento grave relacionado con el uso del producto a TIDI Products y a la autoridad competente del Estado miembro que corresponda. Las traducciones de este documento en francés, español, holandés, alemán, italiano y portugués se encuentran en www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EE. UU.
Teléfono: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



© Posey Products, LLC. Reservados todos los derechos.



M1614M REV A 2021-05-26

DESCRIPTION DU PRODUIT : sa conception universelle lui permet de s'ajuster au pied d'un nouveau-né, à l'orteil d'un nourrisson, et au doigt d'un enfant ou d'un adulte. Les bandes Posey peuvent également être coupées pour un ajustement personnalisé.

INDICATION: les bandes pour capteur d'oxymètre de pouls sont destinées à sécuriser les transducteurs optiques flexibles ou les capteurs de sonde sur le patient sans utiliser de bande adhésive.

La conception universelle du produit lui permet de s'ajuster au pied d'un nouveau-né, à l'orteil d'un nourrisson et au doigt d'un enfant ou d'un adulte. Les bandes Posey peuvent également être coupées pour un ajustement personnalisé.



CONTRE-INDICATIONS : Aucune.

BANDES POUR CAPTEUR D'OXYMÈTRE DE POULS POSEY:

REF 6554 Largeur 3 cm (1 1/4"), longueur 14 cm (5 1/4") et épaisseur 0,5 cm (3/16")

MISE EN GARDE

- Inspectez le produit avant chaque utilisation ; vérifiez que le produit ne présente pas de mailles ou de parties rompues, de déchirure, de coupure ou d'effilochage ; N'utilisez PAS le produit s'il est défectueux ou endommagé.
- Assurez-vous que votre patient présente une fonction vasculaire périphérique stable avant de mettre en place un capteur d'oxymètre de pouls.
- Sécurisez le capteur sans tension avec la bande pour capteur d'oxymètre de pouls Posey, et ne la serrez jamais de manière excessive.
- Vérifiez le site immédiatement après avoir appliqué le capteur afin d'assurer que la circulation est adéquate.
- Prévoyez des contrôles de la circulation lors de toutes les évaluations du patient.
- Suivez les politiques et les procédures de votre hôpital lors de l'évaluation de la peau.
- Surveillez étroitement les nourrissons et les patients âgés présentant une peau fragilisée.
- Assurez-vous que la languette de fermeture n'entre pas en contact avec la peau du patient.
- Éliminez le produit conformément à la politique de votre établissement s'il est usé ou endommagé.



FR Signalez tout incident grave lié à l'utilisation du dispositif à TIDI Products et à l'autorité compétente de l'État membre. Les traductions de ce document en français, espagnol, néerlandais, allemand, italien et portugais sont disponibles sur le site www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Téléphone : +1 800 447 6739 • International : +1 920 751 4036
www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Tous droits réservés.

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre,
Allemagne

MD CE

UK CA UK Responsible
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Royaume-Uni

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
M1614M REV A 2021-05-26

DESCRIPTION DU PRODUIT : sa conception universelle lui permet de s'ajuster au pied d'un nouveau-né, à l'orteil d'un nourrisson, et au doigt d'un enfant ou d'un adulte. Les bandes Posey peuvent également être coupées pour un ajustement personnalisé.

INDICATION: les bandes pour capteur d'oxymètre de pouls sont destinées à sécuriser les transducteurs optiques flexibles ou les capteurs de sonde sur le patient sans utiliser de bande adhésive.

La conception universelle du produit lui permet de s'ajuster au pied d'un nouveau-né, à l'orteil d'un nourrisson et au doigt d'un enfant ou d'un adulte. Les bandes Posey peuvent également être coupées pour un ajustement personnalisé.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune.

BANDES POUR CAPTEUR D'OXYMÈTRE DE POULS POSEY:

REF 6554 Largeur 3 cm (1 1/4"), longueur 14 cm (5 1/4") et épaisseur 0,5 cm (3/16")

MISE EN GARDE

- Inspectez le produit avant chaque utilisation ; vérifiez que le produit ne présente pas de mailles ou de parties rompues, de déchirure, de coupure ou d'effilochage ; N'utilisez PAS le produit s'il est défectueux ou endommagé.
- Assurez-vous que votre patient présente une fonction vasculaire périphérique stable avant de mettre en place un capteur d'oxymètre de pouls.
- Sécurisez le capteur sans tension avec la bande pour capteur d'oxymètre de pouls Posey, et ne la serrez jamais de manière excessive.
- Vérifiez le site immédiatement après avoir appliqué le capteur afin d'assurer que la circulation est adéquate.
- Prévoyez des contrôles de la circulation lors de toutes les évaluations du patient.
- Suivez les politiques et les procédures de votre hôpital lors de l'évaluation de la peau.
- Surveillez étroitement les nourrissons et les patients âgés présentant une peau fragilisée.
- Assurez-vous que la languette de fermeture n'entre pas en contact avec la peau du patient.
- Éliminez le produit conformément à la politique de votre établissement s'il est usé ou endommagé.



FR Signalez tout incident grave lié à l'utilisation du dispositif à TIDI Products et à l'autorité compétente de l'État membre. Les traductions de ce document en français, espagnol, néerlandais, allemand, italien et portugais sont disponibles sur le site www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Téléphone : +1 800 447 6739 • International : +1 920 751 4036
www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Tous droits réservés.

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre,
Allemagne

MD CE

UK CA UK Responsible
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Royaume-Uni

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
M1614M REV A 2021-05-26

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: il design universale si adatta al piedino e all'alluce del neonato o al dito di un bambino o di un adulto. Le fascette Posey possono anche essere accorciate per adattarsi meglio al paziente.

USO PREVISTO: le sonde a fascetta per pulsossimetro hanno lo scopo di fissare i trasduttori ottici flessibili o i sensori della sonda al paziente senza l'impiego di cerotto adesivo.

Il design universale si adatta al piedino e all'alluce del neonato o al dito di un bambino o di un adulto. Le fascette Posey possono anche essere accorciate per adattarsi meglio al soggetto.

CONTROINDICAZIONI: nessuna.

SONDE A FASCETTA PER PULSOSSIMETRO POSEY:

REF 6554 larghezza 3 cm (1 1/4"), lunghezza 14 cm (5 1/4") lunghezza 14 cm (5 1/4")

AVVERTENZA


- Ispezionare prima di ogni uso: controllare per la presenza di punti o parti rotte o materiale lacerato, tagliato o sfilacciato; NON utilizzare se il prodotto è sporco o danneggiato.
- Prima di posizionare il sensore del pulsossimetro, accertare che il paziente abbia una circolazione vascolare periferica stabile.
- Fissare il sensore lascamente con la sonda a fascetta per pulsossimetro Posey e non stringere mai troppo.
- Immediatamente dopo l'applicazione del sensore, controllare il sito per verificare che la circolazione sia adeguata.
- Includere i controlli della circolazione in tutte le valutazioni dei pazienti.
- Seguire le politiche e le procedure dell'ospedale per la valutazione della cute.
- Monitorare attentamente i neonati e i pazienti anziani con cute fragile.
- Accertare che le linguette di chiusura non siano a contatto con la cute del paziente.
- Se il prodotto fosse usurato o danneggiato, smaltirlo secondo le politiche della struttura in materia.



IT Segnalare eventuali incidenti gravi correlati all'uso del dispositivo a TIDI Products e all'autorità competente dello stato membro. Le traduzioni del presente documento in francese, spagnolo, olandese, tedesco, italiano e portoghese sono disponibili al sito www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefono: 1.800.447.6739 • Internazionale: +1.920.751.4036
www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Tutti i diritti riservati.



M1614M REV A 2021-05-26

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: il design universale si adatta al piedino e all'alluce del neonato o al dito di un bambino o di un adulto. Le fascette Posey possono anche essere accorciate per adattarsi meglio al paziente.

USO PREVISTO: le sonde a fascetta per pulsossimetro hanno lo scopo di fissare i trasduttori ottici flessibili o i sensori della sonda al paziente senza l'impiego di cerotto adesivo.

Il design universale si adatta al piedino e all'alluce del neonato o al dito di un bambino o di un adulto. Le fascette Posey possono anche essere accorciate per adattarsi meglio al soggetto.

CONTROINDICAZIONI: nessuna.

SONDE A FASCETTA PER PULSOSSIMETRO POSEY:

REF 6554 larghezza 3 cm (1 1/4"), lunghezza 14 cm (5 1/4") lunghezza 14 cm (5 1/4")

AVVERTENZA


- Ispezionare prima di ogni uso: controllare per la presenza di punti o parti rotte o materiale lacerato, tagliato o sfilacciato; NON utilizzare se il prodotto è sporco o danneggiato.
- Prima di posizionare il sensore del pulsossimetro, accertare che il paziente abbia una circolazione vascolare periferica stabile.
- Fissare il sensore lascamente con la sonda a fascetta per pulsossimetro Posey e non stringere mai troppo.
- Immediatamente dopo l'applicazione del sensore, controllare il sito per verificare che la circolazione sia adeguata.
- Includere i controlli della circolazione in tutte le valutazioni dei pazienti.
- Seguire le politiche e le procedure dell'ospedale per la valutazione della cute.
- Monitorare attentamente i neonati e i pazienti anziani con cute fragile.
- Accertare che le linguette di chiusura non siano a contatto con la cute del paziente.
- Se il prodotto fosse usurato o danneggiato, smaltirlo secondo le politiche della struttura in materia.



IT Segnalare eventuali incidenti gravi correlati all'uso del dispositivo a TIDI Products e all'autorità competente dello stato membro. Le traduzioni del presente documento in francese, spagnolo, olandese, tedesco, italiano e portoghese sono disponibili al sito www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefono: 1.800.447.6739 • Internazionale: +1.920.751.4036
www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Tutti i diritti riservati.



M1614M REV A 2021-05-26

PRODUCTBESCHRIJVING: De universele ontwerpen passen om de voet van een pasgeborene, de teen van een zuigeling en de vinger van een kind of volwassene. De Posey-wikkels kunnen ook op maat geknipt worden voor een perfecte pasvorm.

BEOOGD GEBRUIK: Wikkels voor saturatiemeters zijn bestemd om flexibele optische omvormers of sondesensors aan de patiënt te bevestigen zonder gebruik van tape.

De universele ontwerpen passen om de voet van een pasgeborene, de teen van een zuigeling en de vinger van een kind of volwassene. De Posey-wikkels kunnen ook op maat geknipt worden voor een perfecte pasvorm.

CONTRA-INDICATIES: Geen.

POSEY-WIKKELS VOOR SATURATIEMETER:

REF 6554 Breedte 3 cm (1 1/4"), lengte 14 cm (5 1/4") en dikte 0,5 cm (3/16")

WAARSCHUWING

- Inspectie voorafgaand aan gebruik: controleer op losse stiksels of kapotte onderdelen, of afgescheurd, in- of afgeknipt of rafelig materiaal; NIET gebruiken als het product vuil of beschadigd is.
- Zorg dat de perifere vaatfunctie van uw patiënt stabiel is voordat u een saturatiemetersensor aanbrengt.
- Zet de sensor losjes vast met de Posey-saturatiemeterwikkel en zorg dat deze niet te strak omsloten is.
- Controleer de locatie direct na aanbrengen van de sensor om zeker te zijn dat er afdoende bloedcirculatie is.
- Controleer de bloedcirculatie steeds als u de patiënt beoordeelt.
- Volg het beleid en de procedures van uw ziekenhuis voor het beoordelen van de huid.
- Wees extra alert in geval van zuigelingen of oudere volwassen patiënten met een delicate huid.
- Zorg dat de sluitstrip geen contact maakt met de huid van patiënt.
- Voer het product indien versleten of beschadigd af volgens het beleid van de instelling.



NL Meld een ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel aan TIDI Products en de bevoegde instantie in de lidstaat. Vertalingen van dit document in het Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans en Portugees vindt u op www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 VS
 Telephone: 1.800.447.6739 • Internationaal: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



UK CA UK Verantwoordelijke persoon
 Emergo Consulting (UK) Limited
 c/o Cr360 – UL International
 Compass House, Vision Park Histon
 Cambridge CB249BZ
 Verenigd Koninkrijk



M1614M REV A 2021-05-26

© Posey Products, LLC. Alle rechten voorbehouden.

PRODUCTBESCHRIJVING: De universele ontwerpen passen om de voet van een pasgeborene, de teen van een zuigeling en de vinger van een kind of volwassene. De Posey-wikkels kunnen ook op maat geknipt worden voor een perfecte pasvorm.

BEOOGD GEBRUIK: Wikkels voor saturatiemeters zijn bestemd om flexibele optische omvormers of sondesensors aan de patiënt te bevestigen zonder gebruik van tape.

De universele ontwerpen passen om de voet van een pasgeborene, de teen van een zuigeling en de vinger van een kind of volwassene. De Posey-wikkels kunnen ook op maat geknipt worden voor een perfecte pasvorm.

CONTRA-INDICATIES: Geen.

POSEY-WIKKELS VOOR SATURATIEMETER:

REF 6554 Breedte 3 cm (1 1/4"), lengte 14 cm (5 1/4") en dikte 0,5 cm (3/16")

WAARSCHUWING

- Inspectie voorafgaand aan gebruik: controleer op losse stiksels of kapotte onderdelen, of afgescheurd, in- of afgeknipt of rafelig materiaal; NIET gebruiken als het product vuil of beschadigd is.
- Zorg dat de perifere vaatfunctie van uw patiënt stabiel is voordat u een saturatiemetersensor aanbrengt.
- Zet de sensor losjes vast met de Posey-saturatiemeterwikkel en zorg dat deze niet te strak omsloten is.
- Controleer de locatie direct na aanbrengen van de sensor om zeker te zijn dat er afdoende bloedcirculatie is.
- Controleer de bloedcirculatie steeds als u de patiënt beoordeelt.
- Volg het beleid en de procedures van uw ziekenhuis voor het beoordelen van de huid.
- Wees extra alert in geval van zuigelingen of oudere volwassen patiënten met een delicate huid.
- Zorg dat de sluitstrip geen contact maakt met de huid van patiënt.
- Voer het product indien versleten of beschadigd af volgens het beleid van de instelling.



NL Meld een ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel aan TIDI Products en de bevoegde instantie in de lidstaat. Vertalingen van dit document in het Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans en Portugees vindt u op www.tidiproducts.com/IFU.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 VS
 Telephone: 1.800.447.6739 • Internationaal: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



UK CA UK Verantwoordelijke persoon
 Emergo Consulting (UK) Limited
 c/o Cr360 – UL International
 Compass House, Vision Park Histon
 Cambridge CB249BZ
 Verenigd Koninkrijk



M1614M REV A 2021-05-26

© Posey Products, LLC. Alle rechten voorbehouden.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Os designs universais adaptam-se ao pé neonatal, ao hálux do bebé e ao dedo pediátrico ou de adulto. As braçadeiras da Posey também podem ser cortadas para se obter um ajuste personalizado.

INDICAÇÕES: As braçadeiras de sonda de oxímetro de pulso destinam-se a prender transdutores óticos flexíveis ou sensores de sonda ao doente sem utilizar fita adesiva.

Os designs universais adaptam-se ao pé neonatal, ao hálux do bebé e ao dedo pediátrico ou de adulto. As braçadeiras da Posey também podem ser cortadas para se obter um ajuste personalizado.

CONTRAINDICAÇÕES: Nenhuma.

BRAÇADEIRAS DE SONDA DE OXÍMETRO DE PULSO POSEY:

REF 6554 Largura 3 cm (1 1/4"), comprimento 14 cm (5 1/4") e espessura 0,5 cm (3/16")

AVISO

- Inspeccione antes de cada utilização; verifique quanto à presença de pontos ou componentes danificados; material rasgado, cortado ou desgastado. NÃO utilize se o produto estiver sujo ou danificado.
- Certifique-se de que o seu doente tem uma função vascular periférica estável antes de colocar um sensor de oxímetro de pulso.
- Prenda o sensor frouxamente com a braçadeira de sonda de oxímetro de pulso Posey e nunca a aperte firmemente.
- Verifique o local imediatamente após a aplicação do sensor para ter a certeza que a circulação é adequada.
- Inclua verificações da circulação em todas as avaliações dos doentes.
- Siga as normas e os procedimentos do seu hospital ao avaliar a pele.
- Monitorize cuidadosamente bebés ou doentes idosos com pele frágil.
- Certifique-se de que a aba do fecho não entra em contacto com a pele do doente.
- Elimine o produto segundo as normas da instituição, se ficar gasto ou danificado.

ABAS DO FECHO



6554

BRAÇADEIRA DE SONDA POSEY




APLICAÇÕES NO PÉ



APLICAÇÕES NO HÁLUX



APLICAÇÕES NOS DEDOS



PT

Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com a utilização do dispositivo à TIDI Products e à autoridade competente do Estado-Membro. Traduções deste documento em francês, espanhol, holandês, alemão, italiano e português encontram-se em www.tidiproducts.com/IFU.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EUA
Telefone: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Alemanha



UK Pessoa responsável
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Reino Unido



M1614M REV A 2021-05-26

© Posey Products, LLC. Todos os direitos reservados.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Os designs universais adaptam-se ao pé neonatal, ao hálux do bebé e ao dedo pediátrico ou de adulto. As braçadeiras da Posey também podem ser cortadas para se obter um ajuste personalizado.

INDICAÇÕES: As braçadeiras de sonda de oxímetro de pulso destinam-se a prender transdutores óticos flexíveis ou sensores de sonda ao doente sem utilizar fita adesiva.

Os designs universais adaptam-se ao pé neonatal, ao hálux do bebé e ao dedo pediátrico ou de adulto. As braçadeiras da Posey também podem ser cortadas para se obter um ajuste personalizado.

CONTRAINDICAÇÕES: Nenhuma.

BRAÇADEIRAS DE SONDA DE OXÍMETRO DE PULSO POSEY:

REF 6554 Largura 3 cm (1 1/4"), comprimento 14 cm (5 1/4") e espessura 0,5 cm (3/16")

AVISO

- Inspeccione antes de cada utilização; verifique quanto à presença de pontos ou componentes danificados; material rasgado, cortado ou desgastado. NÃO utilize se o produto estiver sujo ou danificado.
- Certifique-se de que o seu doente tem uma função vascular periférica estável antes de colocar um sensor de oxímetro de pulso.
- Prenda o sensor frouxamente com a braçadeira de sonda de oxímetro de pulso Posey e nunca a aperte firmemente.
- Verifique o local imediatamente após a aplicação do sensor para ter a certeza que a circulação é adequada.
- Inclua verificações da circulação em todas as avaliações dos doentes.
- Siga as normas e os procedimentos do seu hospital ao avaliar a pele.
- Monitorize cuidadosamente bebés ou doentes idosos com pele frágil.
- Certifique-se de que a aba do fecho não entra em contacto com a pele do doente.
- Elimine o produto segundo as normas da instituição, se ficar gasto ou danificado.

ABAS DO FECHO



6554

BRAÇADEIRA DE SONDA POSEY




APLICAÇÕES NO PÉ



APLICAÇÕES NO HÁLUX



APLICAÇÕES NOS DEDOS



PT

Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com a utilização do dispositivo à TIDI Products e à autoridade competente do Estado-Membro. Traduções deste documento em francês, espanhol, holandês, alemão, italiano e português encontram-se em www.tidiproducts.com/IFU.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EUA
Telefone: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Alemanha



UK Pessoa responsável
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Reino Unido



M1614M REV A 2021-05-26

© Posey Products, LLC. Todos os direitos reservados.